

KPIM/107/2018

Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ZP/08/17

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi pytaniami udzielamy wyjaśnień:

1. Pakiet nr 15 – Ssak elektryczny

W specyfikacji podajecie Państwo w dwóch miejscach dane dotyczące max przepływu, raz 40l/min a później: min 59 i nie więcej niż 63l/min. Który z tych parametrów jest brany pod uwagę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pod uwagę brany jest parametr min. 59 l/min.

2. Pakiet nr 15 – Ssak elektryczny

Czy wymiary mogą wynosić 490x440x840 mm a waga z wózkiem wynosić do 15kg - nie wpływa to zupełnie na jakość pracy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobów wyposażonych w wysokiej jakości kółka fi 100mm (dwa z blokadą)? – dotyczy l.p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej

Prosimy o potwierdzenie, czy wymiary 800x600 to wymiary blatu czy wymiary zewnętrzne (łącznie z rączką i odbojnikami)? – dotyczy l.p. 2

Odpowiedź:

Wymiary blatu.

5. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej

Prosimy o potwierdzenie, czy wymiary 60x600 to wymiary blatu czy wymiary zewnętrzne (łącznie z rączką i odbojnikami)? – dotyczy l.p. 4

Odpowiedź:

Wymiary blatu.

6. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wysokości całkowitej 1240mm? – dotyczy l.p. 5

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

7. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o mobilny stół wyposażony w kolumnę z 4 szufladami (jedna pod drugą) umieszczoną z lewej lub prawej strony stołu oraz półkę dolną na pozostałej części stołu? – dotyczy l.p. 7

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

8. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej
Prosimy o określenie, które wymiary są długością, szerokością i wysokością w blacie mobilnym?
– dotyczy l.p. 7

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia (dł. x szer. x wys.) 900x600x1000 cm.

9. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu z regulacją hydrauliczną w zakresie 490/630? – dotyczy l.p. 8

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

10. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu o średnicy siedziska 350mm? – dotyczy l.p. 8

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu o wymiarach: 480x480x490/630mm?
– dotyczy l.p. 8

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

12. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu o średnicy podstawy fi 480? – dotyczy l.p. 8

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

13. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej
Prosimy o wyjaśnienie czy nie ma pomyłki w podanej wysokości dla mobilnego blatu w poz. 9? Czy zamiast wysokości 100mm nie powinno być 1000mm (+-10mm)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyjaśnia, że wymagana wysokość to 1000 mm.

14. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie wózka do zwłok bez regulacji wysokości? – dotyczy l.p. 10

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

15. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie wózka do zwłok o wymiarach zewnętrznych 2480x850x650mm (820mm wysokość z uchwytem)? – dotyczy l.p. 10

Odpowiedź:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Zgodnie z SIWZ.

16. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej
Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie wózka do zwłok z hydrauliczną regulacją wysokości o wymiarach zewnętrznych 2430x870 i zakresem regulacji 300/1850mm? – dotyczy l.p. 10

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

17. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej
Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie wózka do zwłok wyposażony w tacę o wymiarach zewnętrznych: 2200x670x80mm (długość bez uchwytów 2060mm)? – dotyczy l.p. 10

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

18. Pakiet nr 4 – wyroby ze stali kwasoodpornej
Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie wózka do zwłok wyposażony w pokrywę o wymiarach zewnętrznych: 2060x770x330mm – dotyczy l.p. 10

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

19. Pakiet nr 12 - zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami
Jakich rurek intubacyjnych, w jakich rozmiarach i w jakiej ilości oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje dwóch laparoskopów, bez rurek intubacyjnych.

20. Pakiet nr 12 - zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeglądów serwisowych, ze względu na fakt, iż przeglądy w/w asortymentu nie są wymagane przez producenta.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

21. Pakiet nr 22 – sprzęt do szybkich przetoczeń

Prosimy o dopuszczenie do przetargu podgrzewacza płynu pozwalającego uzyskać temperaturę normotermii dzięki opatentowanej technologii płaszcza wodnego. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu urządzenie można bezpiecznie stosować również przy podgrzewaniu krwi. Aparat charakteryzuje się następującymi parametrami:

- Stała ustalona temperatura $41,9 \pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Zakres przepływu min. 1,25 – 1400 ml/min
- Pomiar temperatury, bez pomiaru całkowitej objętości podanego płynu i aktualnego przepływu
- Temperatura ustawiona równa temperaturze uzyskiwanej na końcu linii
- Auto-test podczas uruchamiania urządzenia
- Podłączenie i gotowość do użycia w czasie do 7 minut (przy pierwszym uruchomieniu po przestoju)
- Układ alarmu przekroczenia temperatury: sygnalizacja wizualna i dźwiękowa
- Bez licznika przepracowanych godzin - przegląd urządzenia zdefiniowany jest przez producenta w stałych odstępach czasu, co 12 miesięcy
- Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD i diody LED do komunikacji z użytkownikiem
- Klasa ochronności BF
- Zasilanie 230 V, 50/60 Hz

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

- System składający się z kolumny ogrzewacza zintegrowanej z kompresorem, dwóch komór ciśnieniowych oraz statywu z dwoma relingami i wysuwanym masztem
- Maksymalne ciśnienie w komorze ciśnieniowej do 300mmHg \pm 10%
- Przystosowany do worków z płynami o pojemności 0,5 l lub 1,0 l
- Poziom hałasu do 45 dB
- Dostępne zestawy jednorazowe dostosowane do różnych prędkości przepływu (do 1400ml/min), z pułapką powietrza

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

22. Pakiet nr 23 - urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych

Prosimy o dopuszczenie do przetargu podgrzewacza płynu pozwalającego uzyskać temperaturę normotermii na końcu linii (od strony pacjenta) dzięki opatentowanej technologii płaszcza wodnego. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu urządzenie można bezpiecznie stosować również przy podgrzewaniu krwi. Aparat charakteryzuje się następującymi parametrami:

- tryb działania – ciągły
- wymiary: 24,1 cm x 21cm x 18cm (+- 2 cm)
- waga: 5kg
- napięcie zasilania: 100-230V, 50/60Hz
- klasa ochrony IPX1
- stała ustalona temperatura 41,9 \pm 0,1^oC
- zakres przepływu min. 1,25 – 83 ml/min
- możliwość przymocowania do statywu, poręczy łóżka (zintegrowane imadło)
- wbudowany panel sterujący z wyświetlaczem LCD i wskaźnikami LED informującymi o stanie pracy urządzenia i temperaturze podgrzewanego płynu
- wizualne i akustyczne alarmy
- kabel zasilający zintegrowany z urządzeniem
- objętość wypełnienia jednorazowej linii pacjenta: 17,5ml
- linia pacjenta współpracuje ze standardowymi zestawami kroplówkowymi

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

23. dot. § 5 ust. 7 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu z 24 godzin do **48 godzin (w dni pracujące)** od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

24. dot. § 1 ust. 4 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej (pakiet nr 16) fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji z datą 2017 ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

25. do pakietu 16 , Pkt 1:

Czy Zamawiający dopuści aparat do witrektomii tylnej, przedniej, fakoemulsyfikacji z laserem w postaci zintegrowanej konsoli z przytwierdzoną tacą o regulowanej wysokości bez gniazd zasilających oraz z jednym wieszakiem do płynu infuzyjnego (np. BSS), z szufladą wbudowaną w konsolę, z wbudowanym modułem umożliwiającym wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na

ekranie monitora razem z obrazem z kamery z mikroskopu okulistycznego, konsola na podstawie jezdnej (cztery kółka z hamulcami ustawianymi w dwóch pozycjach?)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

26. do pakietu 16 , Pkt 1:

Czy zamawiający dopuści witrektomy do odcinka przedniego w ilości 12 szt ze względu na opakowanie jednostkowe zawierające 6 szt (zamiast 10 szt).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

27. do pakietu 16 , Pkt 1:

Czy Zamawiający dopuści endodiatermię jednorazową 25 G?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

28. do pakietu 16 , Pkt 2:

Czy zamawiający dopuści aparat z pompą Venturi oraz pompą perystaltyczną jako pompa pomocnicza?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

29. do pakietu 16 , Pkt 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość fakoemulsyfikacji przy użyciu pompy Venturi z możliwością ustawienia wartości przepływu aspiracyjnego, z częstotliwością pracy głowicy 30-46,5 kHz, w miejsce trybu bezpiecznego: tryb pracy fako puls (zakres 0-100 pulsów/sek), bez konieczności ciągłej kontroli dostrojenia pracy głowicy (aparat nie wymaga takiego trybu)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

30. do pakietu 16 , Pkt 3:

Czy zamawiający wymaga tryb pracy głowicy torsional(z ultradźwiękowymi oscylacjami skrętnymi, które mogą być używane oddzielnie, łącznie, albo naprzemiennie z tradycyjną funkcją fakoemulsyfikacji)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

31. do pakietu 16 , Pkt 3:

Czy Zamawiający dopuści oddzielne głowice do fakoemulsyfikacji oraz do fakofragmentacji?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

32. do pakietu 16 , Pkt 4:

Czy Zamawiający dopuści aparat obsługujący wyłącznie noże do witrektomii o napędzie pneumatycznym , zasilana dwoma liniami o napędzie 7500 cięc/min , nożyczki również o napędzie pneumatycznym, z oświetleniem ksenonowym oraz zróżnicowanych kasetach: do odcinka przedniego, do witrektomii oraz do procedury łączonej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

33. do pakietu 16 , Pkt 4:

Czy Zamawiający wymaga noże do witrektomii tylnej 20, 23, 25 i 27 G?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga 23 G lub 25 G.

34. do pakietu 16 , Pkt 5:

Czy Zamawiający dopuści końcówki do endodiatermii 25 i 27 G?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza końcówki 25 G.

35. do pakietu 16 , Pkt 6:

Czy Zamawiający dopuści zintegrowane oświetlenie ksenonowe- wyposażone jest w wewnętrznie zintegrowane niewybieralne filtry UV/IR (w oświetlaczu oferowanego aparatu nie są stosowane wymiwalne filtry, ponieważ poziom zagrożenia dla siatkówki nie przekracza poziomów określonych przez normę ISO 15752-2005), o wartości strumienia świetlnego w zakresie 16-23 lm w zależności od średnicy światłowodu , aparat emituje ostrzeżenie przy zwiększaniu mocy oświetlenia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

36. do pakietu 16 , Pkt 6:

Czy Zamawiający wymaga min 3 porty oświetlacza oraz dwa niezależne źródła światła zapewniające bezpieczeństwo pracy w przypadku awarii źródła światła?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

37. do pakietu 16 , Pkt 7 i 8:

Czy zamawiający dopuści zintegrowany moduł do podaży/usuwania oleju silikonowego oraz jednorazowe akcesoria (ten sam zestaw służy do podawania i usuwania oleju silikonowego)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

38. do pakietu 16 , Pkt 9:

Czy Zamawiający dopuści aparat gdzie wymiana na powietrze odbywa się po aktywacji z panelu dotykowego bądź przełącznika nożnego , z możliwością ustawienia ciśnienia na panelu w zakresie 0-120 mmHg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

39. do pakietu 16 , Pkt 9:

Czy Zamawiający wymaga komunikację w języku polskim: komunikaty głosowe, ostrzeżenia , informacje na panelu dotykowym, instrukcje obsługi?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

40. do pakietu 16 , Pkt 9:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zewnętrznym źródłem zasilania w sprężone powietrze?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

41. do pakietu 16 , Pkt 10 i 11:

Czy Zamawiający dopuści zintegrowany laser 532 nm Nd, YAG, sterowany z ekranu dotykowego aparatu, o mocy 30-2000mW (ustawienia: 30 mW do 200 mW co 10 mW ,200 mW do 500 mW co 20 mW i dodatkowo:250, 350, 450; 500 mW do 950 mW co 50 mW ; 1000 mW do 2000 mW co 100 mW), wartość znamionowa bezpiecznika: 250 V, jednofazowy T 5 A, czas ekspozycji 10-2000 ms, interwały terapeutyczne: 30 ms do 100 ms w odstępach co 10 ms :100 ms do 300 ms w odstępach co 50 ms ;300 ms aż do 1 sekundy w odstępach co 100 ms, moc wyjściowa wiązki celującej <1 mW o długości 635 nm, napięcie : 100/120/230 , zasilanie jednofazowe, bez przyłącza źródła światła LED

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

42. do pakietu 16 , Pkt 12:

Prosimy o wyjaśnienie: Możliwość połączenia do systemu 7 PACS.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje i nie wymaga możliwości połączenia do systemu 7 PACS.

43. do pakietu 16 , Pkt 12:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe narzędzia (prosimy podać ilość) :pęsety do ILM 20, 23, 25 i 27 G, igły fletowe 20, 23, 25 i 27G, nożyczki horyzontalne 23 G, narzędzie do błon nasiatkówkowych w postaci pętli 23,25 i 27 G, oraz wielorazową pęsetę do usuwania trokarów

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

44.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 1 ust. 2 lit. e) projektu umowy w następującym brzmieniu: „*przeszkolić jednorazowo personel wskazany przez Użytkownika z zakresu prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy (w szerszym zakresie jeśli tak określa specyfikacja techniczna), a także wystawić certyfikat przeszkolonym osobom,*”

Uzasadnienie:

Szkolenie powinno odbyć się jednorazowo i powinno objąć wszystkich pracowników Zamawiającego, którzy będą mieli obsługiwać urządzenie będące przedmiotem umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

45.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej, jeżeli częściowe przyjęcie dostawy jest bez znaczenia dla Zamawiającego.*”

Uzasadnienie:

Zamawiający powinien przyjąć te elementy dostawy, które nie są wadliwe lub nie mają innych braków, jeżeli ich przyjęcie może mieć dla Zamawiającego znaczenie, tzn. mogą one funkcjonować samodzielnie lub Zamawiający może z nich poprawnie korzystać.

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy.

46.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*W razie stwierdzenia w protokole odbioru przedmiotu umowy wady, usterki lub innego braku Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie krótszym niż 7 dni roboczych.*”

Uzasadnienie:

Umowa powinna przewidywać pewien minimalny termin, który zostanie wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wad i usterek, nie może być to termin zbyt krótki, ale taki, który umożliwi wykonanie obowiązku Wykonawcy. Wskazanie minimalnego terminu jest uzasadnione również tym, że jego niedochowanie może skutkować naliczeniem kar umownych;

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy.

47.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 5 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu: „*Numer faksu/ e-mail/ wskazane w ust. 4 czynny jest u Wykonawcy 24h na dobę.*”

Uzasadnienie:

Z uwagi na to, że § 5 ust. 4 wskazuje na możliwość podania oprócz numeru faxu również adres e-mail, zasadnym jest wskazanie również tych danych w ust. 5.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 5 zdanie pierwsze. Nowe brzmienie:

„Numer faksu/e-mail wskazane w ust. 4 czynne są u Wykonawcy 24h na dobę.”

48.

Zwracam się z prośbą o wykreślenie z § 5 ust. 7 projektu umowy zdania drugiego.

Uzasadnienie:

Wykonawca może zapewnić obsługę gwarancyjną i serwis w okresie trwania gwarancji. Zobowiązanie Wykonawcy do świadczenia takich usług po okresie gwarancji jest zbyt daleko idące i wiąże się z ze zbyt dużym, trudnym do oszacowania ryzykiem dla Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy.

49.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie lub sprostowanie brzmienia § 5 ust. 8 projektu umowy.

Uzasadnienie:

Obecne brzmienie § 5 ust. 8 projektu umowy jest niezrozumiałe, prawdopodobnie z uwagi na omyłkę edytorską. Prosimy o sprostowanie brzmienia tej jednostki redakcyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 8. Nowe brzmienie:

„W okresie gwarancyjnym w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego lub Użytkownika Wykonawca:

a) usunie wadę, albo

- b) pisemnie odmówi usunięcia wady podając ustaloną przyczynę wystąpienia wady oraz uzasadnienie – brak pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia w terminie uważa się za uznanie odpowiedzialności za wadę”.

50.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 14 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*W przypadku trzykrotnego ujawnienia się istotnej wady tego samego rodzaju lub tego samego elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić element rzeczy na nowy w terminie 14 dni roboczych.*”

Uzasadnienie:

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zasadnym jest posługiwanie się dniami roboczymi, a nie kalendarzowymi. Należy też wskazać, że w innych miejscach umowa również posługuje się dniami roboczymi.

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy.

51.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 14 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wady w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zleci usunięcie wady osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich napraw bez utraty gwarancji producenta.*”

Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wyjaśnień dotyczących poprzedniego ustępu.

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy.

52.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 16 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*W przypadku ukazania się w okresie gwarancji poprawek dostarczonego specjalistycznego oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest przekazać te poprawki Użytkownikowi w terminie 14 dni roboczych od dnia ich ukazania się, o ile będzie to dopuszczala licencja oprogramowania i będą one bezpłatne. Na żądanie Użytkownika Wykonawca udzieli niezbędnej pomocy w ich instalacji w formie osobnego zlecenia, chyba że będą mogły być zainstalowane w trakcie corocznego przeglądu.*”

Uzasadnienie:

- W zakresie posługiwania się dniami roboczymi odsyłam do wyjaśnień dotyczących § 5 ust. 14;
- Licencja oprogramowania może uniemożliwiać przekazanie poprawek Zamawiającemu przez Wykonawcę. Nie można również wykluczyć, że poprawki te będą dość kosztowne. Wykonawca nie może zgodzić się bezwarunkowo na dostarczanie aktualizacji oprogramowania, gdyż nie wie, na jakich zasadach będzie to możliwe. Trudno też przewidzieć częstotliwość pojawiania się takich poprawek. Jeśli będą one pojawiać się często, ich każdorazowa instalacja może okazać się zbyt uciążliwa dla Wykonawcy. Taka usługa może być ewentualnie świadczona w trakcie corocznego przeglądu, a poza nim w formie osobnego zlecenia;

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 16. Nowe brzmienie:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

„W przypadku ukazania się w okresie gwarancji poprawek dostarczonego specjalistycznego oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest przekazać te poprawki Użytkownikowi w terminie 14 dni od dnia ich ukazania się, o ile będzie to dopuszczała licencja oprogramowania i będą one bezpłatne. Na żądanie Użytkownika Wykonawca udzieli niezbędnej pomocy w ich instalacji”.

53.

Zwracam się z prośbą o wykreślenie z § 5 ust. 18 projektu umowy zdania drugiego:

Uzasadnienie:

Zgodnie z uwagami dotyczącymi § 5 ust. 7, odpowiedzialność Wykonawcy powinna dotyczyć tylko okresu gwarancyjnego. Wykonawca nie wie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku przedmiotowych urządzeń w okresie pogwarancyjnym i nie może już teraz zagwarantować terminów dostawy w tak odległej przyszłości.

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy.

54.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 22 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona w terminie przeglądu technicznego, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich przeglądów bez utraty gwarancji producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecenie wykonania przeglądu technicznego osobie trzeciej musi zostać poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do wykonania przeglądu w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych od otrzymania wezwania.”*

Uzasadnienie:

Powierzenie wykonania przeglądu osobie trzeciej powinno zostać poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do wykonania przeglądu. Zlecenie czynności innym podmiotom powinno być ostatecznością;

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 22. Nowe brzmienie:

„W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona w terminie przeglądu technicznego, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich przeglądów bez utraty gwarancji producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecenie wykonania przeglądu technicznego osobie trzeciej poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do wykonania przeglądu w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania”.

55. Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu poniższe kary umowne, odpowiednio w przypadku:*

- a) **Zwłoki** Wykonawcy w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 1 ust. 2 pkt a-h lub **zwłoki** Wykonawcy w obowiązku wymiany rzecz na nową – w wysokości 0,3 % ceny **netto** przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 30 zł) za każdy dzień **zwłoki**, **ale nie więcej niż 10% ceny**
- b) **Zwłoki** Wykonawcy w przystąpieniu do diagnozowania wady – w wysokości 0,2 % ceny **netto** rzeczy, w której ujawniono wadę (nie mniej jednak niż 20 zł) za każdy dzień **zwłoki**, **ale nie więcej niż 10% ceny;**
- c) **Zwłoki** Wykonawcy w usunięciu wady – w wysokości 0,2 % ceny **netto** rzeczy (nie mniej jednak niż 20 zł), w której ujawniono wadę za każdy dzień **zwłoki**, **ale nie więcej niż 10% ceny;**

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

- d) braku realizacji w terminie z winy Wykonawcy obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3 lub 21 umowy – w wysokości 1% ceny netto rzeczy (nie mniej jednak niż 200 zł), której brak realizacji dotyczy,
- e) zwłoki w usunięciu wad, usterek lub innych braków stwierdzonych w protokole odbioru, zgodnie z § 3 ust. 6 umowy, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,2% ceny netto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 20 zł), za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% ceny;
- f) odstąpienia od niezrealizowanej części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% ceny netto przedmiotu umowy lub jej części (wobec której nastąpiło odstąpienie), nie mniej jednak niż 200 zł.”

Uzasadnienie:

- Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy w przypadku opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, czyli wyłącznej winy Wykonawcy;

- W opinii Wykonawcy, kara umowna powinna być naliczana od wartości netto zobowiązania, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia to wartość netto, a nie brutto, stanowi dla Wykonawcy rzeczywisty ekwiwalent jego świadczenia; to kwota netto a nie brutto stanowi wartość zamówienia (art. 32 PZP); w związku z tym Wykonawca uważa za zasadne wprowadzenie – z korzyścią dla Zamawiającego – analogicznych zmian i naliczanie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego od wartości netto niezrealizowanego przedmiotu umowy;

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez kupującego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Celem uniknięcia powyższego, zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 10%. W razie uzasadnionej potrzeby, Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;

- Prosimy o obniżenie kary umownej, o której mowa w lit. d) z 3% do 1%. Kara w wysokości 3% jest zbyt wygórowana; podobnie prosimy o obniżenie minimalnej kary umownej za odstąpienie od umowy z 300 do 200 zł;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

56.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 2 i 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny netto umowy lub jej części (wobec której nastąpiło odstąpienie).

c) W przypadku, gdy Wykonawca zrealizował należycie samodzielną część dostawy według opisu przedmiotu zamówienia, to jest dostarczył kompletne urządzenie oraz zrealizował w stosunku do niego dodatkowe świadczenia, jego cena netto pomniejsza cenę netto przedmiotu umowy stanowiącą podstawę obliczania kar zgodnie z ust. 1 lit. a. Nie dotyczy to sytuacji kiedy brak realizacji pozostałej części dostawy uniemożliwia lub znacznie utrudnia korzystanie z dostarczonego urządzenia.”

Uzasadnienie:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności naliczania kary umownej od wartości netto;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

57.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 1 lit. d) projektu umowy w następującym brzmieniu: „*zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Nowa stawka będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów bez konieczności zawierania aneksu do umowy,*”

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma wpływu na wysokość stawki VAT, jest jedynie płatnikiem podatku od towarów i usług, a wartością zobowiązania jest wartość netto. Zasadnym jest, aby w przypadku zmiany stawki VAT, nowa stawka była stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów. Jest to rozwiązanie zgodne z charakterem tego podatku, należy też mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

58. Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 10 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niezrealizowanej części umowy w przypadku, gdy Wykonawca popadnie w zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy powyżej 30 dni roboczych w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1.*”

Uzasadnienie:

- Jak już wyżej wskazano, odstąpienie od umowy powinno być dopuszczalne w przypadku jeszcze niezrealizowanej części umowy;
- Odstąpienie powinno być dopuszczalne w jasno wskazanych sytuacjach, a nie wymienionych przykładowo, a taką sytuacją jest zwłoka w wykonywaniu obowiązków wskazanych w § 3 ust. 1 projektu umowy trwająca powyżej 30 dni roboczych;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

59. PAKIET NR 13 – MIKROSKOP DO WITREKTOMII

Czy Zamawiający w punkcie 4 dopuści oświetlenie główne LED oraz oświetlenie koaksjalne LED umieszczone w głowicy mikroskopu?

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii źródło światła charakteryzuje się niską emisją ciepłą co pozwala na rezygnacji z użycie kosztownych w eksplantacji światłowodów?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

60. PAKIET NR 13 – MIKROSKOP DO WITREKTOMII

Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści oświetlenie główne LED umieszczone w głowicy mikroskopu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

61. PAKIET NR 13 – MIKROSKOP DO WITREKTOMII

Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści oświetlenie zapasowe LED umieszczone w głowicy mikroskopu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

62. PAKIET NR 13 – MIKROSKOP DO WITREKTOMII

Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści oświetlenie zapasowe LED umieszczone w głowicy mikroskopu nie ulegające przepaleniu i nie wymagające zmiany?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

63. PAKIET NR 13 – MIKROSKOP DO WITREKTOMII

Czy Zamawiający w punkcie 17 dopuści mikroskop bez przysłony ochraniającej żółtą plamkę?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

64. PAKIET NR 13 – MIKROSKOP DO WITREKTOMII

Czy Zamawiający w punkcie 18 dopuści mikroskop ze zmotoryzowanym (sterowany z pedału nożnego mikroskopu) oftalmoskopem bezpośrednim do wizualizacji dna oka w zabiegach witrektomii z oprawką mieszczącą jedną soczewkę z możliwością szybkiej i prostej wymiany na drugą?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

65. PAKIET NR 13 – MIKROSKOP DO WITREKTOMII

Czy Zamawiający w punkcie 19 dopuści nasadkę okularową operatora w zakresie 10° - 50° wraz z okularami o powiększeniu 8,33 x oraz korekcją w zakresie +5/-5 D? W przypadku prowadzenia operacji przez chirurga z większą wadą stosowane są okulary korekcyjne.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

66. PAKIET NR 13 – MIKROSKOP DO WITREKTOMII

Czy Zamawiającemu w punkcie 22 chodzi o pokrętło służące do wywarzenia optyki które w połączeniu z hamulcami elektromagnetycznymi pozwala operatorowi na pełną kontrolę nad wysokością zawieszenia optyki? Mikroskop ponad to jest wyposażony w funkcję Quick Focus do zaprogramowania wysokości optyki mikroskopu co daje ten sam efekt.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

67. PAKIET NR 13 – MIKROSKOP DO WITREKTOMII

Czy Zamawiający w punkcie 23 dopuści podgląd asystencki boczny z okularami o powiększeniu 10 x oraz korekcją w zakresie +5/-5 D z możliwością szybkiego przełożenie mikroskopu asystenckiego poprzez poluzowanie jednej śruby ze stałą nasadką okularową?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

68. PAKIET NR 17 – LAMPA SZCZELINOWA

Czy Zamawiający w punkcie 10 dopuści zakres ruchu podstawy lampy, minimum: oś Z 25mm, oś X 107mm, oś Y 110mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

69. Pakiet nr 21 APARAT DO ZNIECZULENIA Z MONITOREM PACJENTA

Lp.19 Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu z elektronicznym mieszalnikiem świeżych gazów zapewniającym stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów oraz systemu automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

70. Pakiet nr 21 APARAT DO ZNIECZULENIA Z MONITOREM PACJENTA

Lp.38 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości rozbudowy o wentylację w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością SIMV-VG?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

71. Pakiet nr 21 APARAT DO ZNIECZULENIA Z MONITOREM PACJENTA

Lp.39 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości rozbudowy o wentylację w trybie CPAP/PS?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

72. Pakiet nr 21 APARAT DO ZNIECZULENIA Z MONITOREM PACJENTA

Lp.112 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z jednym monitorem transportowym z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modulem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 5". Ciężar monitora nie więcej niż 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Monitor odporny na zalanie wodą – stopień ochrony co najmniej IPX2. Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia z możliwością zawieszenia na ramieniu łóżka. Monitor transportowy kompatybilny z monitorem głównym pacjenta, będącym jego modulem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

73. Pakiet nr 8 – mikroskop spekularny

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania mikroskopu spekularnego o następujących parametrach:

1.	Bezkontaktowy pomiar wielkości oraz ilości komórek śródbłonka
2.	Obszar fotografii 0,25mm x 0,55mm
3.	Możliwość złożenia trzech fotografii centralnych w jeden obraz
4.	Diagram ilustrujący podział ilości komórek względem ich wielkości
5.	Wewnętrzny punkt fiksacyjny z możliwością wyboru położenia minimum 10 pozycji
6.	Pomiar grubości rogówki – pachymetria
7.	Tryb ustawiania pozycji aparatu oraz wykonania zdjęcia śródbłonka do wyboru: manualny lub automatyczny
8.	W trybie automatycznym: autonaprowadzanie w kierunkach X-Y-Z
9.	Możliwość podłączenia komputera, wymiana danych przez złącze USB
10.	Monitor kolorowy o wielkości min. 7"
11.	Wbudowana drukarka

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza ww. parametry, jednocześnie wymaga spełnienia pozostałych wymogów wskazanych w specyfikacji technicznej.

74. Pakiet nr 8 – mikroskop spekularny

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia stolika podnoszonego elektronicznie dla mikroskopu spekularnego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

75. Pakiet nr 8 – mikroskop spekularny

Czy Zamawiający będzie wymagał by mikroskop spekularny posiadał funkcję składania trzech fotografii centralnych? Funkcja ta jest niezbędna przy pomiarach, w których ze względu na zły stan śródbłonka, udaje się zanalizować tylko małą populację komórek śródbłonka u pacjenta. Zwiększenie populacji analizowanych komórek znacznie poprawia wiarygodność pomiaru, a także pomaga podjąć lekarzowi właściwą decyzję o zakwalifikowaniu pacjenta do operacji usunięcia zaćmy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

76. Pakiet nr 17 – lampa szczelinowa

Prosimy o dopuszczenie do postępowania lampy szczelinowej gdzie obsługa potencjometru i joysticka może odbywać się jedną ręką, ale nie jednocześnie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

77. Czy w § 5 ust. 7 wzoru umowy Zamawiający wyrazi zgodę na przystąpienie do diagnozowania wad w okresie gwarancji nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, a w okresie pogwarancyjnym nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

78. Prosimy o doprecyzowanie, że § 5 ust. 8 i 9 wzoru umowy dotyczy okresu gwarancyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzował we wcześniejszej odpowiedzi § 5 ust. 8. Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 9.

79. Czy w § 5 ust. 18 wzoru umowy Zamawiający dla urządzeń już nie produkowanych i w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza Europy wyrazi zgodę na wydłużenie czasu ich dostaw po okresie gwarancji do 45 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

80. Pakiet nr 19 – waga krzeselkowa

Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zrezygnuje.

81. Pakiet nr 19 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający będzie wymagał wagi z czterema podgumowanymi, łożyskowanymi, łatwo obracającymi się kółkami w tym 4 z hamulcem? Zastosowanie 4 kółek z hamulcem powoduje że waga jest bardziej stabilna. Takie rozwiązanie uniemożliwia przewrócenie się wagi z pacjentem podczas siadania i wstawania. Jednocześnie znacznie ułatwia pracę użytkownikowi, który nie musi się schylać i odkręcać dodatkowych stoppek które powodują stabilizację wagi, a wystarczy nacisnąć nogą hamulec. Niektóre wagi nawet nie mają żadnego punktu podparcia z przodu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

82. Pakiet nr 19 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści obciążenie max 300 kg i zakres tary 300 kg w zamian za 250 kg, bez straty dokładności pomiaru?

Zmiana wartości maksymalnej jest korzystna dla Zamawiającego zwłaszcza jeśli chodzi o wagę krzeselkową, gdzie pacjenci często obciążeni są dużą otyłością?

Odpowiedź:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

83. Pakiet nr 19 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający wrazi zgodę na wagę zasilaną oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - bateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

84. Pakiet nr 19 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści wagi z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych. Dodatkowo wskazanie nazwy miernika wagowego PUE C/31 wskazuje na konkretnego producenta, więc w związku z powyższym czy Zamawiający dopuści również miernik równoważny.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

85. Pakiet nr 23 – urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy urządzenie do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych ma posiadać Certyfikat bezpieczeństwa odnośnie podgrzewania preparatów krwi wydany przez niezależną krajową instytucję?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

86. Pakiet nr 23 – urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby urządzenie zapewniało osiągnięcie zadanej temperatury w czasie nie dłuższym niż 20 s, co w szybki i skuteczny sposób wspomaga utrzymanie normotermii u pacjenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

87. Pakiet nr 23 – urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych

Poz. 4, 7, 8, 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednostki sterującej o następujących wymiarach długość: 23,6 cm, szerokość: 16,8 cm, wysokość: 9,7 cm, wadze 1,9 kg, nastawa temperatury w jednostce sterującej: 40^oC, przedział temperatury początkowej od 21 ^oC, możliwość pracy z prędkościami przepływu o większym zakresie niż wymagany tj od KVO - 200 ml/min.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

88. Pakiet nr 23 – urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych

Poz. 14, 15, 16:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ogrzewacza o następujących wymiarach: długość: 12,7 cm, szerokość: 6,6 cm, wysokość: 3,0 cm; klasie bezpieczeństwa modułu - IP67 potwierdzającego możliwość całkowitego zanurzenia ogrzewacza przez 30 minut na głębokości 91 cm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

89. Pakiet nr 23 – urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych

Poz. 19, 22:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych kardridży charakteryzujących się wyjściową temperaturą płynu na poziomie $40^{\circ}\text{C}+/-2^{\circ}\text{C}$.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

90. Pakiet nr 23 – urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych

Poz. 32:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, którego serwis wykonywany jest za pośrednictwem firmy dystrybucyjnej z siedzibą na terenie Polski.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

91. Pakiet nr 9 – pompa infuzyjna 1-strzykawkowa 3 szt. ze stacją dokującą ze stojakiem

Pozycja 7

Prosimy o dopuszczenie pompy z prędkością infuzji 0,1 do 1500 ml/h, która w zakresie od 0,1– 99,99 ml/h programowana jest co 0,01ml/godz.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

92. Pakiet nr 9 – pompa infuzyjna 1-strzykawkowa 3 szt. ze stacją dokującą ze stojakiem

Pozycja 28

Prosimy o dopuszczenie pompy z wbudowaną biblioteka 40 leków z możliwością rozbudowy do 2000.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

93. Pakiet nr 9 – pompa infuzyjna 1-strzykawkowa 3 szt. ze stacją dokującą ze stojakiem

Pozycja 34

Prosimy o dopuszczenie pompy z dołączanym uchwytem do mocowania do rury pionowej i poziomej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

94. Pakiet nr 25 – pompa infuzyjna objętościowa

Pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści pompę bez możliwości podaży krwi i preparatów krwiopochodnych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

95. Pakiet nr 25 – pompa infuzyjna objętościowa

Pozycja 4

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Prosimy o dopuszczenie pompy współpracującej wyłącznie z setami fabrycznie skalibrowanymi i dedykowanymi wyłącznie dla danego modelu – to światowy standard u każdego z producentów pomp infuzyjnych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

96. Pakiet nr 25 – pompa infuzyjna objętościowa

Pozycja 8 i 9

Czy Zamawiający dopuści pompy z szybkością podaży oraz podaży bolusa w zakresie 0,1-2000ml/h z prędkością infuzji w zakresie od 0,1 – 99,00 ml/h programowana co 0,01ml/godz.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

97. Pakiet nr 25 – pompa infuzyjna objętościowa

Pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści pompę z pięcioma regulowanymi ustawieniami alarmu w zakresie wielkości pęcherzyka od 50 do 800 µL.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

98. Pakiet nr 25 – pompa infuzyjna objętościowa

Pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści pompę z wbudowaną biblioteka 40 leków z możliwością jej rozbudowy do 2000 leków.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

99. Pakiet nr 25 – pompa infuzyjna objętościowa

Pozycja 37

Prosimy o dopuszczenie pompy z dołączanym uchwytem do mocowania pompy jej do rury pionowej i poziomej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

100.

dotyczy §5 ust. 7 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy do 48 godzin w dni robocze dla zgłoszeń w czasie trwania gwarancji oraz do 72 godzin w dni robocze dla zgłoszeń pogwarancyjnych.

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. Ponadto należy mieć na uwadze, że przedmiotem umowy są bardzo zróżnicowane urządzenia specjalistyczne o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego ich naprawa i przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, może okazać się praktycznie niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

101. **dotyczy §5 ust. 8 wzoru umowy**

Prosimy o dodanie do niniejszego paragrafu na stępującego zapisu:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

„W przypadku napraw wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy wynosi do 10 dni roboczych”.

W przypadku napraw wymagających importu części 5 dniowy termin jest niemożliwy do realizacji, w sytuacji nietypowych części czas sprowadzenia części z zagranicy przekracza wymagany obecnie czas naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

102. dotyczy §7 ust. 1a) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej na:

„(...) w wysokości 0,3% wartości przedmiotu umowy, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia.”?

Istniejący obecnie zapis w przypadku opóźnienia w dostawie powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

103. dotyczy §7 ust. 1d) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości brutto rzeczy, której brak realizacji dotyczy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

104. dotyczy §7 ust. 1e) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej na:

„(...) 0,2% ceny brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.”?

Istniejący obecnie zapis w przypadku opóźnienia powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

105. Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dzień zgłoszenia naprawy listem poleconym był dniem doręczenia listu poleconego ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

106. Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby diagnozowanie odbywało się na podstawie opisu awarii a reakcja serwisu polegała na zamówieniu niezbędnych do usunięcia awarii części?

Naszą prośbę motywujemy tym iż bardzo często serwis jest w stanie ustalić przyczynę awarii na podstawie komunikatów wyświetlanych przez urządzenie oraz opisu awarii dostarczonego przez Użytkownika co pozwala działać szybciej (zamówić części) bez konieczności wizyty serwisanta w miejscu użytkownika urządzenia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby diagnozowanie wady odbyło się w czasie 72h zamiast 24?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby diagnozowanie odbywało się na podstawie opisu awarii, a reakcja serwisu polegała na zamówieniu niezbędnych do usunięcia awarii części. Zamawiający nie wyraża zgody, aby diagnozowanie wady odbyło się w czasie 72h.

107. Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby terminy określone w ust. 7 i 8 nie były skracane?

Podobnie jak użytkownikowi serwisowi również zależy na jak najszybszym usunięciu awarii więc naprawy wykonywane są z jak największą starannością. W przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego rodzaju w tym samym elemencie, może się okazać że do naprawy potrzebne są dodatkowe części które należy zamówić a co za tym idzie naprawa w ciągu jednego dnia może okazać się niemożliwa do wykonania, zwłaszcza w przypadku sprowadzania części z zagranicy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

108. Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 8

Czy w przypadku kiedy do usunięcia awarii niezbędne jest sprowadzenie części z zagranicy Zamawiający dopuści termin 10 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

109. Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 20.

Prosimy o jednoznaczne określenie po czyjej stronie leży zlecenie przeglądów gwarancyjnych.

Jeśli terminów przeglądów ma pilnować Wykonawca prosimy o podanie osoby do kontaktu w sprawie przeglądu wraz z numerem telefonu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że osoba do kontaktu zostanie wskazana po podpisaniu umowy.

110. Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 12.

Prosimy o wykreślenie podpunktu d) lub o dodanie zapisu „ w przypadku kiedy usunięcie wady jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

111. Dotyczy wzoru umowy §7 pkt 1a,b,c,d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% ceny brutto rzeczy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

112. Dotyczy wzoru umowy §4 pkt 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 14 dniowy termin płatności?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

113. Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 18.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność części 5 lat po upływie okresu gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

114. Pakiet nr 14 – mikroskop do witrektomii

pkt. 34 parametru ogólnego

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego?


Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Mikroskop operacyjny będący przedmiotem zamówienia, jest urządzeniem wysoce wyspecjalizowanym, produkowanym na konkretne zamówienie klienta, konfigurowany zgodnie z jego oczekiwaniami, dlatego Wykonawca nie jest w stanie zapewnić urządzenia zastępczego o którym mowa, w tak krótkim terminie.

Odpowiedź:

Tak, ale tylko w przypadku przeglądu i drobnych usterek, które umożliwiają pracę mikroskopu.

Zamawiający zaleca, aby przy wypełnianiu specyfikacji technicznych przy parametrach, które zostały zmienione, dopuszczone lub z których zrezygnował Zamawiający, Wykonawca wskazał numer odpowiedzi, która dokonała danej modyfikacji.


WICEPREZES ZARZĄDU
Piotr Kryn

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.