

KPIM/264/2018

Dotyczy: „Dostawa, montaż i uruchomienie kompleksowego wyposażenia Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.” – ZP/01/18

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanym pytaniem udzielamy wyjaśnień:

44. Dotyczy formularza cenowego (załącznik nr 3b do SIWZ), punkt 31

(Sterylizator gazowy z abatorem i zestawem monitorującym stężenie tlenu etylenu):

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie abatora jako oddzielnej pozycji w formularzu cenowym, ponieważ jest to niezależne urządzenie nie będące wyrobem medycznym, ani też nie będące wyposażeniem Sterylizatora gazowego, w związku z czym zgodnie z ustawą o VAT, nie może być zaofertowane w jednej pozycji ze sterylizatorem z obniżoną stawką podatku VAT 8%.

Prosimy więc o zgodę na wydzielenie abatora i umieszczenie jako dodatkowej pozycji, jak niżej:

I.P.	Oznaczenie na rysunku	Nazwa urządzenia	Nr kat.	Producent	szt.
31	31.1	Sterylizator gazowy z zestawem monitorującym stężenie tlenu			1
42	42.1	Abator			1

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 b do SIWZ.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Małgorzata Sondej-Orłowska

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000331628
NIP 9562252941
kapitał zakładowy: 97.237.000 zł

adres korespondencyjny:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
siedziba ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel. +48 56 656 21 22
faks +48 56 656 61 69
e-mail sekretariat@kpim.pl
www.kpim.pl