

Toruń 22.05.2020 r.

SUPLEMENT NR 1 DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZBUDOWYWANEGO
ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ NA POZIOMIE 0 O PRACOWNIĘ REZONANSU
MAGNETYCZNEGO NA POZIOMIE -1 CZĘŚCI ZACHODNIEJ BUDYNKU 510.

Uzupełnienie wykazu prac ujętych w załączniku nr 4.5 do PFU:

1. Obniżenie podłogi (pod kabiną RF) opisanej w części I pkt. 1 lit d) wynosi 2,5 cm,
2. Instalacje elektryczne powinny uwzględniać również obwody oświetlenia, gniazdek 230 V i wyłączników awaryjnych AT w klatce RF doprowadzone do granicy klatki (przy czym w samej klatce rozprowadza je wykonawca klatki RF),
3. Dostawca RM zabezpieczy podłoże drogi transportowej.

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kurowski

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000331628
NIP 9562252941
kapitał zakładowy: 213.069.000,00 zł

adres korespondencyjny:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
siedziba ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel. +48 56 656 21 22
faks +48 56 656 61 69
e-mail sekretariat@kpim.pl
www.kpim.pl