



Toruń, 22.06.2017 r.

KPIM/404/2017

Dotyczy: "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku" - zakup angiokardiografu – ZP/04/17

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający modyfikuje udzieloną 13.06.2017 r. odpowiedź:

52. Dotyczy: Specyfikacja techniczna, pkt. 49

W odpowiedzi na prośbę jednego z wykonawców Zamawiający zmienił wymóg graniczny i zniósł ocenę tego parametru. Należy jednak zauważyć, iż argumentacja zadającego pytania wykonawcy oparta była na fałszywych argumentach, obliczonych na dopuszczenie rozwiązania o parametrach wyraźnie odstających od tego, co oferują pozostali producenci angiografów, oferujący swoje produkty na polskim rynku. Zwracamy uwagę, iż powoływanie się na zasadę ALARA jest manipulacją lub dowodem braku elementarnej wiedzy z zakresu fizyki i zasad ochrony radiologicznej pytającego wykonawcy (pojemność cieplna kołpaka w ogóle nie ma związku z dawką!), zaś przytoczone „obwieszczenie Ministra Zdrowia” (notabene nie mające charakteru rozporządzenia) dotyczy innego rodzaju zabiegów, aniżeli ma zamiar wykonywać Zamawiający (w mniejszym stopniu obciążających lampę RTG).

Wyjaśniamy, że pojemność cieplna kołpaka wprost przekłada się na komfort operatora i bezpieczeństwo pacjenta i decyduje o możliwości pracy z dużym obciążeniem bez konieczności przerywania zabiegu na skutek przegrzania lampy RTG.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o zmianę tego parametru na następujący:

49.	Pojemność cieplna kołpaka	Min. 2,90 MHU	*2,90 MHU – 0 pkt. *Wart. największa – 3 pkt.** *Wart. inne – wg proporcji	
-----	---------------------------	---------------	--	--

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis na:

Krajowa Pielęgniarska Izba

adres korespondencyjny:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

NIP 9562252941

sekretariat@kpim.pl
www.kpim.pl

49.	Pojemność cieplna kołpaka	Min. 2,9 MHU	*2,9 MHU – 0 pkt. *Wart. największa – 3 pkt.** *Wart. inne – wg proporcji	
-----	---------------------------	--------------	---	--

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Kryn

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

siedziba: ul. Plac Teatrny 2
87-100 Toruń

NIP 956 225 25 41
REGON 340600685

biuro: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

tel. 56 656 21 22
fax 56 656 21 23

sekretariat@kpim.pl
www.kpim.pl