



KPIM/...../2017

Toruń 17.11.2017 r.

Dotyczy: „Dostawy wyposażenia dla przebudowywanego i rozbudowywanego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu – etap I”

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania 495 (zamieszczone na stronie w dniu 14.11.2017r. odpowiedzi 5) i 383 (zamieszczone na stronie w dniu 13.11.2017r. odpowiedzi 4 cz. 2) Zamawiający modyfikuje odpowiedzi:

495. Dotyczy punktu 31. Czy zamawiający dopuści do postępowania kolumnę łatwa w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów. Powierzchnie ścian (paneli) głowicy z lakierowanego aluminium.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

383 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3000K do 5000K co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z punktacją taką jak przy odpowiedzi na pyt. 229 dla parametru 3100K - 5000K tj. 10 pkt.

W celu ułatwienia w przygotowaniu ofert, a także późniejszej sprawnej oceny ofert, Zamawiający udostępnia ujednolicone wersje 44 specyfikacji technicznych, gdzie wprowadzono nowe parametry lub sposób oceny albo dopuszczono inne parametry przy parametrach już określonych. Prosimy o konieczne przygotowanie ofert wg ujednoliconych specyfikacji technicznych. Specyfikacje dla urządzeń w Zad. Nr 11, 21, 22 (2 pliki dot. systemów komputerowych rejestracji w sterylizacji i dezynfektorni) pozostają bez zmian”.


PRZECZKA ZARZĄDZI
A. ...