



KPIM/...../2017

Toruń 27.11.2017 r.

Dotyczy: „Dostawy wyposażenia dla przebudowywanego i rozbudowywanego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu – etap I”

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi pytaniem udzielamy wyjaśnień:

558 W punkcie 5 rozdział XI. Inne wymagania Zamawiający wymaga rozbudowy istniejącego systemu PACS IMPAX 6 o funkcjonalność separacji fizycznej i logicznej danych kardiologicznych i radiologicznych. Prosimy o rezygnację z tego wymagania ze względu na brak możliwości wykonania tego typu separacji w wersji produktu jaką Zamawiający obecnie posiada.

Odpowiedź:

W pkt XI. 5 specyfikacji technicznej Zadania Nr 2, Zamawiający dopuszcza podłączenie zamawianych aparatów naczyniowych do istniejącego systemu PACS oraz separacji transmisji danych radiologicznych i kardiologicznych przy pomocy posiadanych przez Zamawiającego Workflow Manager 1 (dane radiologiczne z ZDO) i Workflow Manager 2 (dane kardiologiczne)”.
